

Durchflusszähler „autarkon®“ EDZ 830 in Mikroprozessortechnik

Bestell- und Ausschreibungstext:

„autarkon®“ EDZ 830 Wärmehähler in Mikroprozessortechnik,
bestehend aus:

Durchflusszähler FUE 380 / 080 (Ultraschall)

Medium, DN, PN

Nenndurchfluss m³/h, t/h,

Betriebstemperatur °C, Betriebsdruck bar (abs.),

Einbaulage horizontal / vertikal

Schutzart IP 67

3 Punkte Messprotokoll auf akkreditiertem Prüfstand (Basis Wasser)

Zusatzrüstung

Serielle RS 232-Schnittstelle mit MODBUS RTU (Rx/Tx/GND), Punkt-zu-Punkt mit max. 15 m Kabel
Serielle RS 485-Schnittstelle mit MODBUS RTU (+/-/GND), Mehrpunktverbindung mit bis zu 32 Geräten mit max. 1000 m Kabel
Ausführung: 5 m abgesetzt (Messumformers zu Ultraschall-Volumengeber)
Ausführung: 10 m abgesetzt (Messumformers zu Ultraschall-Volumengeber)
Ausführung: 20 m abgesetzt (Messumformers zu Ultraschall-Volumengeber)
Ausführung: 30 m abgesetzt (Messumformers zu Ultraschall-Volumengeber)
mit Batteriepufferung (zusätzlich für 230 VAC - Ausführung)
als Batterieausführung
Systemprüfung, Inbetriebnahme und Einweisung des Personals durch METRA - Kundendiensttechniker

METRA Energie-Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4, D - 67346 Speyer

Tel. +49 (0)6232 / 657 - 519
Fax. + 49 (0)6232 / 657 - 200

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z. B. Zeichnungen und Angebote, enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber METRA oder METRA - Mitarbeitern ableiten; es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. METRA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen.
Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. METRA und das METRA - Logo sind Warenzeichen der METRA S.A. Alle Rechte vorbehalten.